

Mońki, dn. 18.04.2018r.



Numer postępowania ZP - 1/2018

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ujętego w pakietach I-IX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (część II).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku ujętego w pakietach I-IX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zostały wybrane najkorzystniejsze oferty:

Na pakiet I, VI, VII, VIII i IX dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 05 kwietnia 2018 roku.

Na pakiet II, III i IV unieważniono postępowanie dnia 05 kwietnia 2018 roku.

Pakiet V

Na pakiet V wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat SA, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: cena – 60%, termin realizacji zamówień jednostkowych – 30%, termin załatwienia reklamacji - 10 %

Na pakiet V złożono trzy oferty, w tym jedną ofertę odrzucono. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. FALCO-MEDIC
ul. Składowa 7
15-399 Białystok



- a) cena – 43,95pkt,
 - b) termin realizacji zamówień jednostkowych - 30pkt,
 - c) termin załatwienia reklamacji - 10pkt,
- Łączna punktacja – 83,95pkt

2. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat SA
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

- a) cena – 60pkt,
 - b) termin realizacji zamówień jednostkowych - 20pkt,
 - c) termin załatwienia reklamacji - 10pkt,
- Łączna punktacja – 90pkt

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Odrzucenie oferty INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie prawne:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) odrzuca ofertę INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w złożonej ofercie w pakiecie V poz. 4 „*Test kontroli skuteczności zgrzewu. Arkusz testowy wykonany w technologii papier-folia zawierający miejsce do udokumentowania przeprowadzonej kontroli zgrzewu m.in.: data i czas wykonania testu, numer zgrzewarki i parametry zgrzewania, podpis osoby kontrolującej. Opakowanie 250 sztuk.*” zaproponował asortyment, dla którego zastosował 8% stawkę podatku VAT.

Dla testów kontroli skuteczności zgrzewu winna być zastosowana 23% stawka podatku VAT.

Mając powyższe na względzie Zamawiający pismem z dnia 05.04.2018r. zwrócił się z prośbą do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT, którą Wykonawca zastosował w pakiecie V poz. 4. Dlaczego Wykonawca w tej pozycji zastosował 8% stawkę podatku VAT oraz o złożenie dokumentów wprowadzających przedmiot zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 211).

Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach oświadczył, że zaoferowany test nie stanowi wyrobu medycznego tylko został zakwalifikowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako test diagnostyczny, którego wprowadzenie do obrotu odbywa się na zasadzie swobodnego przepływu towarów oraz, że zgodnie z PKWWiU (20.59.52.0) i ustawą o podatku VAT

poz. 86 zał. Nr 3 do ustawy obowiązującą stawką VAT dla testów diagnostycznych jest stawka 8%.

W załączonym piśmie nr UR-M-097025/03 z dnia 26 czerwca 2003 Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czytamy, cytuję ..., *wskaźniki procesu sterylizacji nie podlegają wpisowi do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.*"

Przedmiot zamówienia, którego wymagał Zamawiający w pakiecie V, poz. 4 czyli Test kontroli skuteczności zgrzewu, nie jest ani wyrobem medycznym, ani wskaźnikiem biologicznym i/lub chemicznym, przez co nie kwalifikuje się do zastosowanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT.

W konsekwencji tego Zamawiający odrzuca tę ofertę, ponieważ Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co skutkuje błędnie obliczoną kwotą podatku VAT, a w konsekwencji podaniem błędnej ceny oferty.

Obowiązująca dla tego asortymentu stawka podatku VAT wynosi 23%, a nie 8% którą to stawkę Wykonawca zastosował w złożonej ofercie.

Uzasadnienie:

1. Testy zgrzewu nie są -wyrobami medycznymi (które posiadają obniżony VAT na podstawie Ustawy o Wyrobach Medycznych).
2. Nie posiadają także wskaźnika (testy wskaźnikowe bowiem posiadają obniżony VAT na podstawie załącznika do ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (poz. 86 załącznika) ,.... testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne..."). Test kontroli szczelności zgrzewu nie jest wskaźnikiem procesu sterylizacji.
3. Test kontroli szczelności zgrzewu według normy PN 11607-2 należy do grupy opakowań.
4. Testy będą wykorzystywane do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek.

Mając powyższe na względzie postanowiono jak w sentencji.

Zamawiający zawrze umowy z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przesłanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Przewidywany termin zawarcia umowy to **24 kwietnia 2018 roku.**

Umowa zostanie zawarta drogą korespondencyjną.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Jarosław Pokoleńczuk