

Mońki dnia 10.09.2020r.



SP ZOZ – VI – 262/K/Zc. ²⁰³ /2020

Zapytanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach zwraca się z prośbą o wycenę:

- Rękawice nitrylowe bezpudrowe: odporne na substancje chemiczne i cytostatyki, z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem, rękawice o min. długości 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyspieszonym starzeniu min.460%., siła zrywania min. 7N przed i po starzeniu, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,08mm/max.0,10mm, dłoń - min 0,05mm/max.0,07mm, rękawice hypoalergiczne - badanie na PSI, rękawice wszechstronnie przebadane na co najmniej 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: min.2 kwasy - poziom odporności min. 3, dwa alkohole 70% etanol i 70% izopropanol - odporność na przenikanie min. 25 min., posiadające badania na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C, oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy, rozm. S, M, L, XL, pakowane po 100 szt.

- rozmiar S – 200 op.;
- rozmiar M – 300op.;
- rozmiar L – 200 op.;
- rozmiar XL – 150 op.

Proszę o przesłanie oferty zawierającej cenę towaru, koszt wysyłki, czas realizacji zamówienia i formę płatności na adres e-mail: sat@szpital-monki.h2.pl. do dnia 15.09.2020r.

W razie pytań proszę kontaktować się z Iwoną Niebrzydowską tel. nr 668877547.

z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

P.O. Z-ca DYREKTORA
ds. MEDYCZNYCH
SP ZOZ w Mońkach

lek. med. *Łucja Chojnowska*

